



资产使用单位监督验收培训





提纲

- 资产使用单位监督验收的培训目的
- 资产使用单位监督验收的范围
- 验收前的准备
- 验收过程
- 验收注意事项
- 纪律要求和责任追究



资产使用单位监督验收培训的目的

- 之前的验收管理办法，监督验收由设备与实验室管理处组织
- 2018年修订的验收管理实施细则，监督验收分为两类：资产使用单位监督验收及归口管理部门监督验收。资产使用单位组织资产使用单位的监督验收工作
- 验收是设备物资采购质量的最后把关，至关重要



资产使用单位监督验收的范围

- 资产使用单位监督验收，是指资产使用单位组织现场验收，由验收专家、资产使用单位代表及用户代表组成验收小组，并以验收小组名义出具监督验收意见
- 单价或批量总价在学校分散采购限额标准以上，但未达到教育部管理的贵重仪器设备标准（40万）的设备物资（不含实验材料），适用资产使用单位监督验收



验收前的准备

- 设备安装调试完成，运行正常，完成培训
- 20万-40万的设备物资采购在我校快速采购平台采购，按照供应商在采购平台的响应承诺逐条做好测试记录
- 准备验收材料（采购文件、采购合同、开箱验货表、中山大学统一采购设备物资验收报告1、测试报告）
- 提交验收申请到资产使用单位



验收过程

- 资产使用单位，收到验收申请，审核验收材料（包含所有上述的材料）
- 邀请验收专家，初定验收时间：专家原则上应为非用户所在单位或资产使用单位且熟悉该设备性能指标并具有副高及以上职称或具有同等专业水平的人员。注意如果邀请校外专家，所邀请的专家不能是跟供应商有关联的人员。1名



验收过程

- 通知用户初定验收时间，请用户和供应商沟通确定验收时间
- 和专家确定时间地点，可把用户申请材料发送给专家
- 验收现场：3人验收小组开展验收工作，由专家主持
- 验收现场：首先检查材料，尤其供应商的响应承诺；其次由用户介绍仪器设备的情况，包含运行情况，使用情况等



验收过程

- 第三，仪器设备现场演示可正常使用，第四，按照测试报告的数据对应供应商的响应承诺逐一核查是否达到
- 验收合格，在《中山大学统一采购设备物资验收报告1》上签署专家意见并在验收小组成员栏签名
- 验收不合格，由验收专家主持签署验收备忘录，备忘录中应明确验收日期，验收合同号，设备名称，具体未达标参数，拟二次验收或交设备处，时间期限，全部验收小组成员签名



验收过程

- 验收合格后，将《中山大学统一采购设备物资验收报告1》，开箱验货表（进口设备需要3方签字），测试报告，一式三份交资产使用单位，办理验收合格手续
- 资产使用单位将验收合格的设备，登陆中山大学合同管理跟踪系统，登记验收时间（验收日期，非办理手续日期）。**一定要注意登记验收时间，才能触发结算，不验收合格不能登记。**
- 办理完固定资产，所有验收材料及合同交到设备处设备管理科



验收注意事项

- 验收时，如果发现开箱验货表异常：如缺少配件，需用户签字确认已收到所缺货物；如品牌，型号，产地有误等，请确认已经办理了后续处理手续，并由设备处主管处长亲笔签名
- 测试报告中可以作为材料支撑验证是否达到响应参数的有：
本设备的测试数据，出厂检测报告，有资质的第三方检测数据



验收注意事项

- 不能作为技术参数支撑的有：说明书彩页，宣传资料等
- 逐一核对的是：供应商的**响应承诺**；不是用户需求，更不是论证时的参数。供应商响应时会有正偏离或负偏离。
- 供应商的响应承诺谁来准备？用户登陆快采系统打印，经招标中心确认，供应商无法打印。



验收注意事项

- 中山大学合同管理跟踪系统：稍后每个单位会单独设置一个账号登陆，由资产使用单位专人保管，因该账号涉及付款触发，请谨慎保存并使用
- 请各单位将第一场监督验收的时间和地点发送至指定邮箱：
yanshousysu@mail.sysu.edu.cn(设备处验收公用邮箱)，
设备处将派人现场指导



纪律要求和责任追究

- 参与验收的相关人员（包括用户、资产使用单位人员、归口管理部门人员、验收专家等）不得参与供应商的吃请，不得收受礼物、礼金，不得接受供应商的任何利益输送。任何单位或个人有权对验收过程中的违规行为向纪检监察、审计、财务等部门进行检举和投诉



纪律要求和责任追究

- 验收工作应按国家有关规定及本实施细则严格执行，并接受设备管理、财务、审计、纪检监察等部门的检查和监督
- 违反本实施细则并构成违纪的学校教职员工，将根据《中国共产党纪律处分条例》《事业单位工作人员处分暂行规定》《中山大学教职工处分暂行规定》等党纪法规及学校的有关管理规定给予处理



验收注意事项

供应商的响应承诺示例

1、【设备名称】气相色谱仪（气体分析定制型）

技术要求名称	响应要求	*响应情况	应标说明	条件类型
气相色谱仪（气体分析定制型）第1条技术参数	1 应用领域 用于挥发性有机化合物的分离测定	符合	1 应用领域 用于挥发性有机化合物的分离测定	评分性参数
气相色谱仪（气体分析定制型）第2条技术参数	2 工作条件 2.1电源：220V±10%，50/60Hz； 2.2温度：15-30℃； 2.3相对湿度：30-80%。	正偏离	正偏离。 2.2温度：10-35℃； 2.3相对湿度：5%-95%。 其余符合	评分性参数
	3柱温箱 3.1温控范围：室温以上5℃-450℃； 3.2程序升温阶数：≥20阶； 3.3标准升温速率：≥120℃/min			

不管正偏离还是负偏离，均按照应标说明进行验收，不按照响应要求验收



监督验收观摩课

校园	时间	地点
南校园	1月11日9：00	丰盛堂C702
东校园	1月15日10：00	工学院楼B103
北校园	因场地问题暂无安排	
珠海校区	1月11日14：00	教学楼B408

谢谢大家